

# トレーサビリティ証明書



ORIX

オリックス・レンテック株式会社



貴社名 株式会社ライトハウス

様

管理区分 : 受託校正

証明書番号 : KJ-P0286705-20210614-00-N-0

品名 : デジタル温度計

型番 : TX1001

メーカー名 : 横河計測

管理番号 : LHQ-04

製造番号 : 4108985

校正日 : 2021年06月14日

校正場所 : 東京技術センター

東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585

校正環境 : 温度 23 °C

湿度 60 %R.H.

校正者コード : 314461

発行(問合せ) : 東京技術センター

東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585

TEL : 042-799-0586 FAX : 042-799-6154

<https://www.orixrentec.jp/>

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用する標準器は、記載の照合用標準器を経由して、産業技術総合研究所などの日本国内の公的校正機関、NIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に直接、またはメーカーを仲介として、定期的にトレーサビリティがとれています。

発行日 : 2021年06月16日

発行責任者

オリックス・レンテック株式会社

技術本部 品質保証部長 中川 良悦

中川 良悦

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。



校正日：2021年06月14日  
 型番：TX1001  
 管理番号：LHQ-04  
 製造番号：4108985  
 証明書番号：KJ-P0286705-20210614-00-N-0

【照合標準器】 (直接、公的校正機関等にトレースしている1次、及び2次標準器を含みます。)

品名	製造番号		資産番号	校正機関	校正日	有効期限
型番						
温度計				フルーク		
1 1502A	A5A117		33852849	山里産業	2020年02月20日	2021年01月31日
証明書番号(発行番号)：20-02658-000						
デジタルマルチメータ				Keysight Technologies		
2 3458A	2823A15396		16174484	Keysight Technologies International	2019年09月30日	2020年08月31日
証明書番号(発行番号)：192492-000						

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。