

# 校正証明書



オリックス・レンテック株式会社



貴社名 株式会社ライトハウス

様

管理区分 : 受託校正

証明書番号 : KJ-P0286702-20210614-00-N-0

品名 : 表面温度センサ

型番 : 90030

メーカー名 : 横河計測

管理番号 : LHQ-05

製造番号 : 3002825

校正日 : 2021年06月14日

校正場所 : 東京技術センター

東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585

校正環境 : 温度 23 °C

湿度 58 %R.H.

校正者コード : 314461

校正の状態 : 無調整

判定 : 合格

発行（問合せ） : 東京技術センター

東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585

TEL : 042-799-0586 FAX : 042-799-6154

<https://www.orixrentec.jp/>

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

使用標準器は、標準器等管理規定に基づき管理され、直接もしくはメーカーを経由して、産業技術総合研究所などの日本国内の公的校正機関、NIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に定期的にトレーサビリティがとれています。

発行日 : 2021年06月16日

発行責任者

オリックス・レンテック株式会社

技術本部 品質保証部長 中川 良悦

中川 良悦

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

# 校正結果



オリックス・レンテック株式会社



校正日：2021年06月14日  
型番：90030  
管理番号：LHQ-05  
製造番号：3002825  
証明書番号：KJ-P0286702-20210614-00-N-0

## 【使用標準器】

品名	製造番号	資産番号	メーカー名	校正日	有効期限
表面・内部温度校正器			安立計器		
1 ACS II-4000	GA09001	39119590	安立計器	2020年10月20日	2021年09月30日

証明書番号（発行番号）：12010133/12010132

この製品は、下記の製品と組み合わせて校正を実施しました。

品名	型番	製造番号	管理番号
デジタル温度計	TX1001	4108985	LHQ-04

## 【校正項目】

### 1. 温度測定

確度は± (% of reading + °C)

校正条件	TYPE-K	基準範囲			表示値	判定
入力値	確度	下限	上限			
50.00 °C	± (0.1+3.2)	46.8 °C	53.2 °C	49.1 °C	合格	
99.79 °C	± (0.1+3.2)	96.5 °C	103.0 °C	97.3 °C	合格	
249.0 °C	± (0.2+3.5)	246 °C	252 °C	246 °C	合格	

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。

# トレーサビリティ証明書



ORIX

オリックス・レンテック株式会社



貴社名 株式会社ライトハウス

様

管理区分 : 受託校正

証明書番号 : KJ-P0286702-20210614-00-N-0

品名 : 表面温度センサ

型番 : 90030

メーカー名 : 横河計測

管理番号 : LHQ-05

製造番号 : 3002825

校正日 : 2021年06月14日

校正場所 : 東京技術センター

東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585

校正環境 : 温度 23 °C

湿度 58 %R. H.

校正者コード : 314461

発行（問合せ） : 東京技術センター  
東京都町田市金森3-25-3 〒194-8585  
TEL : 042-799-0586 FAX : 042-799-6154  
<https://www.orixrentec.jp/>

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。  
校正作業に使用する標準器は、記載の照合用標準器を経由して、産業技術総合研究所などの日本国内の公的校正機関、NIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関に直接、またはメーカーを仲介として、定期的にトレーサビリティがとれています。

発行日 : 2021年06月16日

発行責任者

オリックス・レンテック株式会社

技術本部 品質保証部長 中川 良悦

中川 良悦

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。



校正日：2021年06月14日  
型番：90030  
管理番号：LHQ-05  
製造番号：3002825  
証明書番号：KJ-P0286702-20210614-00-N-0

【照合標準器】 (直接、公的校正機関等にトレースしている1次、及び2次標準器を含みます。)

品名	メーカー名				
型番	製造番号	資産番号	校正機関	校正日	有効期限
表面・内部温度校正器	安立計器				
1 ACS II-4000	GA09001	39119590	安立計器	2020年10月20日	2021年09月30日

証明書番号(発行番号) : 12010133/12010132

弊社の事前の許可なしに、この証明書の一部のみを複製して用いることを禁じます。